




编号：0950-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称		北京辉煌家具集团有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	涂层测厚仪	HH-001	AR932	$U=2\mu\text{m}; k=2$	标准厚度片：A 级	广东六零二计量检测有限公司	2022.4.27	√
生产部	数显卡尺	HH-002	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}; k=2$	量块：4 等	广东六零二计量检测有限公司	2022.4.27	√
生产部	钢卷尺	HH-003	5m	零位误差： $\pm 0.5\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}; k=2$ 0-5m 最大允许误差： $\pm 2.6\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}; k=2$	标准钢卷尺： $U=5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}\text{L}; k=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.4.27	√
生产部	钢直尺	HH-004	60cm	$\pm 0.15\text{mm}$ $U=0.05\text{mm}; k=2$	标准金属线纹尺：三等	广东六零二计量检测有限公司	2022.4.27	√
质检部	含水率测试仪	HH-005	KT-50	$U_{\text{rel}}=2.0\%; k=2$	电子天平：II 级	广东六零二计量检测有限公司	2022.4.27	√
审核综合意见： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期：2022 年 08 月 05 日上午~2022 年 08 月 06 日								
审核员签字：  部门代表签字： 