



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0747-2021-2022

| 企业名称 | 北京时代文仪家具有限公司 |                |             |                                                              |                                                                                   |              |            |                |
|------|--------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 部门   | 测量设备名称       | 测量设备编号         | 型号规格        | 测量设备计量特性                                                     | 测量标准装置名称及技术参数                                                                     | 检定/校准机构      | 检定/校准日期    | 符合打<br>√ 不符合打× |
| 质量部  | 游标卡尺         | 13006362       | (0-150) mm  | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.01\text{mm}$ ,<br>$k=2$          | 量块: 4 等                                                                           | 中检华北计量有限公司   | 2022.03.18 | √              |
| 生产部  | 压力表          | J0744728<br>5  | (0-1.6) MPa | $U=1.2\%\text{FS}$ ,<br>$k=2$                                | 数字压力计: 0.05 级                                                                     | 中检华北计量有限公司   | 2022.03.18 | √              |
| 生产部  | 卷尺           | 91314A         | 5m          | $\pm 0.4\text{mm}$<br>$U=0.12\text{mm}$ ,<br>$k=2$           | 标准钢卷尺:<br>$\pm (0.03\text{mm}+3\times 10^{-5}\text{L})$                           | 中检华北计量有限公司   | 2022.03.18 | √              |
| 生产部  | 电子秤          | 06738          | HTP312      | $\pm 1.5\text{e}$<br>$U=0.1\text{g}-0.1\text{kg}$ ,<br>$k=2$ | 标准砝码: F1 等级                                                                       | 中检华北计量有限公司   | 2022.03.18 | √              |
| 生产部  | 压力表          | 21017004<br>83 | (0-1.6) MPa | 1.6 级                                                        | 精密压力表: 0.25 级                                                                     | 深圳市质量技术监督检验所 | 2022.06.02 | √              |
| 质量部  | 木材测湿仪        | 0008442        | AD-100      | $U_{\text{rel}}=1.0\%$ ,<br>$k=2$                            | 电子天平:<br>$U=0.01\text{mm}$ , $k=2$<br>电子鼓风干燥箱:<br>$U=0.2^{\circ}\text{C}$ , $k=2$ | 北京市计量检测科学研究院 | 2022.03.21 | √              |

### 审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托中检华北计量有限公司、深圳市质量技术监督检验所、北京市计量检测科学研究进行检定校准，检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 08 月 07 日上午~2022 年 08 月 08 日上午

审核员签字: 刘复荣

部门代表签字: 林启奇