



测量设备溯源抽查表

企业名称 东莞市友心家电子科技有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号/规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电子负载	YXJ-02	IT8511	电压 $U_{rel}=0.02\%(k=2)$ 电流 $U_{rel}=0.3\%(k=2)$	多功能校准器 DCU: $U_{rel}=0.010\%$ 直流电源 MPE: $\pm 0.5\%$ 数字多用表 DCI: $U_{rel}=0.005\%$ 高精度大电流分流器 DCI: $\pm 0.05\%$	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.11	√
品质部	耐压测试仪	YXJ-01	JK7122	ACU: $U_{rel}=1.0\%$ ($k=2$) ACI: $U_{rel}=1.2\%$ ($k=2$)	可调式高阻箱: 0.2 级 数字多用表: ACU: $U_{rel}=0.01\%$ ACI: $U_{rel}=0.02\%$ 秒表: $U=0.01s$, $k=2$ 数字高压表: 0.5 级	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.11	√
品质部	示波器	YXJ-04	TDS1012	垂直 $U_{rel}=1.2\%$ ($k=2$) 水平: $U_{rel}=0.8\%$, ($k=2$) 带宽 $U_{rel}=3.3\%$, ($k=2$)	示波器校准仪 $U_{rel}=1.0 \times 10^{-9}$ ($k=2$)	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.11	√
品质部	功率计	YXJ-05	PM 2013	功率: $U_{rel}=0.26\%$ ($k=2$) 功率因数: $U_{rel}=0.3\%$ ($k=2$) 频率: $U_{rel}=0.1\%$ ($k=2$)	多功能校准器 DCU: $U_{rel}=0.010\%$ DCI: $U_{rel}=0.017\%$ ACU: $U_{rel}=0.017\%$ ACI: $U_{rel}=0.04\%$ OHM: $U_{rel}=0.03\%$ $k=2$	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.11	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备的计量确认控制程序》、《外部供方控制程序》、《测量设备确认间隔控制程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司校准, 证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

审核日期: 2022 年 8 月 3 日 ~ 8 月 4 日 上午

审核员签字:

张桂芹

部门代表签字:

同仁网

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。



扫描全能王 创建