



测量设备溯源抽查表

编号: 0785-2021-2022

企业名称	江苏虎豹集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品管部	往复式水浴恒温振荡器	70721074	SHA-C	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	智能多点温度巡检仪 $U=0.09^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	扬州市检验检测中心	2022.07.05	√
品管部	电子织物强力机	167	YG026C	1 级	试验机检定装置 0.3 级	扬州市计量测试技术研究所	2022.07.05	√
生产部	压力表	16120715	Y100 (0~1.6) MPa	1.6 级	精密压力表标准装置: 精密压力表: 0.25 级 数字压力计: 0.05 级	扬州市计量测试技术研究所	2022.04.06	√
品管部	汗渍色牢度烘箱	80784	Y (B) 902G	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温湿度巡检仪: 铂电阻: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ ($k=2$); 热电偶: $U=0.8^{\circ}\text{C}$ ($k=2$); 湿度: $U=1.5\%\text{RH}$ ($k=2$)	扬州市检验检测中心	2022.07.05	√
品管部	滚筒摩擦机	HB / JS-014	HAJY-1	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ ($k=2$)	温湿度巡检仪: 铂电阻: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ ($k=2$); 热电偶: $U=0.8^{\circ}\text{C}$ ($k=2$); 湿度: $U=1.5\%\text{RH}$ ($k=2$)	扬州市检验检测中心	2022.07.06	√
品管部	钢直尺	1005	1000mm	$\pm 0.20\text{mm}$	三等金属线纹尺标准装置 三等	扬州市计量测试技术研究所	2022.07.18	√
品管部	落锤式织物撕裂仪	101047	0-64N	$U_{\text{rel}}=1.0\%$ ($k=2$)	砝码: $U=(0.003\sim 0.05)\text{g}$ ($k=2$)	扬州市计量测试技术研究所	2022.07.05	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由行政中心负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市检验检测中心、扬州市计量测试技术研究所进行检定/校准, 检定/校准证书由行政中心保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 2 日上午~ 8 月 3 日下午

审核员签字:

刘东胜

部门代表签字:

丁明