



测量设备溯源抽查表

编号: 0802-2021-2022

企业名称	四川方鑫达测绘有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
综合部	经纬仪	LT402L20200963	LT402L	$L=1'' k=2$	自准直仪 $L=2'' k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	20227.22	√
综合部	水准仪	DSZ12020085	DSZ1	DS3 级	水准仪检定装置 DS05 级	深圳中电计量测试技术有限公司	20227.22	√
综合部	RTK	18H163276	TS5	$L=5 \text{ mm} k=2$	GPS 定位仪检定装置	深圳中电计量测试技术有限公司	20227.22	√
综合部	手持激光测距仪	20H081673	(0.05-50) m	$\pm 0.01 \text{ m}$	标准钢卷尺 $L=5 \text{ mm}+5 \cdot 10^{-6} \text{ L}, (k=2)$	深圳中电计量测试技术有限公司	20227.22	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由综合部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由综合部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 7 月 29 日

审核员签字:

耿丽修

部门代表签字:

刘源

说明: “计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。