



测量设备溯源抽查表

编号: 0690-2021-2022

企业名称	广东国景家具集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	木材水分测定仪	T125837	MD-4G	$\pm 5.0\%$ $U=0.9\%$, $k=2$	电子天平: ①级	广东省中山市质量计量监督检测所	2022.01.14	√
生产部	游标卡尺	B101290	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$, $k=2$	外径千分尺: MPE: $\pm 4\text{ }\mu\text{m}$	广东省中山市质量计量监督检测所	2022.01.16	√
质检部	电子天平	2016014403	ACS-06	$\pm 1.5\text{e}$ $U=0.3\text{e}$, $k=2$	砝码: E ₂ 等级	广东省中山市质量计量监督检测所	2022.01.16	√
生产部	钢卷尺	GJ-001	5m	$\pm 1.5\text{e}$ $U=0.2\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺: $U=5\text{ }\mu\text{m}+5\times 10^{-6}$	广东省中山市质量计量监督检测所	2022.01.10	√
生产部	线纹钢直角尺	GJ46-09	300mm	$U=0.1\text{mm}$, $k=2$	岩石平板: 0级	广东省中山市质量计量监督检测所	2022.01.11	√
审核综合意见: 公司已制定了《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由行政部负责溯源,并全部委托广东省中山市质量计量监督检测所检定校准,检定校准证书由行政部保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 08 月 01 日下午~2022 年 08 月 02 日下午								
审核员签字: 刘复荣 部门代表签字: 周青春								