



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-07 测量过程控制检查表 (06 版)

编号: 0690-2021-2022

测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	中密度纤维板含水率检测过程		企业部门		质检部	
被测参数 要求	参数 M	含水率 4.0%-13.0%	测量过程计量要求		最大允许误差	3%
	公差 T	9%			允许不确定度	1%
	其他要求	无			其他要求	无
测量过程要素控制状况						
过程要素		计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称		测量范围	校准不确定度	测量误差	其他特性	满足
木材水分测定仪		(0-50.0)%	$U=0.9\%, k=2$	$\pm 5\%$	/	
测量过程控制规范编号		MM-CLGF-01				满足
测量方法编号		GB/T 17657-2013				满足
环境条件		温度 (0-40) °C, 湿度 $\leq 70\%RH$				满足
操作人员姓名		周青春, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法		附 1 《测量过程不确定度评定报告》				满足
有效性确认方法		附 3 《测量过程有效性确认表》				满足
测量过程监视方法、 监视记录及控制图		附 2 《测量过程监视记录及控制图》				满足
综合评价	检查记录: 1.查《中密度纤维板含水率检测过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求; 2.查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控; 3.查该测量过程不确定度评定方法正确; 4.查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求; 5.查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确; 审核结论: ☒符合 ☐有缺陷 ☐不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)					

审核日期: 2022 年 08 月 02 日

审核员:

刘复荣

企业部门代表:

周青春