



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L13099

证书编号: GD602052208050250

Certificate No.

委托方: 霍尔新风(重庆)环保科技有限公司

Client

委托方地址: 重庆市江津区双福街道珊瑚大道9号英利国际五金机电城88栋

Address

仪器名称: 绝缘电阻表

Description

型号/规格: ZC25-4

Model/Type

制造商: 上海梅格仪器仪表有限公司

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: HE-Q-01

Asset No.

接收日期: 2022 年 08 月 05 日

Received Date

校准日期: 2022 年 08 月 05 日

Calibration Date

签发日期: 2022 年 08 月 05 日

Issue Date



发证单位 (专用章)

Issued By (Stamp)

批准: 邹春晖

Approved by

核 验: 黄磊

Inspected by

校 准: 王德荣

Calibrated by

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室

Address: Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

电话(Tel): 86-0755-88897322

传真(Fax): 86-0755-88897322

邮编: (Post Code): 518109

电子邮件 (E-mail): gd602jl@163.com

第1页, 共4页

Page of



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: GD602052208050250

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。

It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制校准证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

4. 本次校准的技术依据文件:

Reference documents for the Calibration

JJG 622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》

5. 本次校准使用的主要测量标准:

Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称	编号	溯源单位	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No.	Traceability to	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
可调式高阻箱	18R1126	广东省计量科学研究院	DYQ202201019/2023-05-10	0.2级

6. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration

地点: 客户实验室

Place

温度: 23.8 °C

Temperature

相对湿度: 52 %RH

Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间: 12 个月。但送校单位应按实际情况来定。

Recalibration interval

Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准结果 Result of Calibration

证书编号:GD602052208050250

Certificate No.

1、外观: 正常
Appearance: Pass

2、短路、开路测试: 正常
Short circuit、open circuit test: Pass

3、绝缘电压校准/Insulation voltage calibration:

设定值	实测值	误差	允许误差	结论
Setting	Actual	Error	MPE	Conclusion
(V)	(V)	(V)	(V)	(P/F)
1000	996.5	+3.5	±100.0	P

4、绝缘电阻校准/Insulation resistance calibration:

测试电压	标准电阻	仪表示值	误差	允许误差	结论
Test Voltage	Standard Output	Indication Value	Error	MPE	Conclusion
(V)	(MΩ)	(MΩ)	(MΩ)	(MΩ)	(P/F)
1000	1	1.02	+0.02	±0.10	P
	2	2.03	+0.03	±0.20	P
	5	5.1	+0.1	±0.5	P
	10	10.2	+0.2	±1.0	P
	20	20.3	+0.3	±2.0	P
	50	51	+1	±5	P
	100	99	-1	±10	P
	200	194	-6	±20	P
	500	490	-10	±50	P
	1000	984	-16	±100	P

备注 (Notes):

1.测量结果扩展不确定度

(Expanded uncertainty of the measurement results)

1.1电压(Voltage): $U_{rel}=1.0\%$ ($k=2$)

1.2电阻(Resistance): $U_{rel}=3.0\%$ ($k=2$)

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准结果
Result of Calibration

证书编号:GD602052208050250

Certificate No.

