



测量设备溯源抽查表

编号: 0093-2018-2022

企业名称	安庆市悦发管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产技术部	游标卡尺	YF-YBKC-1	(0-200) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$, $k=2$	卡尺量块: 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	熔体流动速率测定仪	160505015	XNR-400	$U=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	数字温度表: $U=0.1^{\circ}\text{C}$, $k=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	温控仪	MKY-1	(0-200) $^{\circ}\text{C}$	$U=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$	热工仪表校验仪: $U_{\text{rel}}=0.005\%$, $k=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	π 尺	YF-BJYB-1	(100-235) m	$U=0.06\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺: $\text{MPE}:\pm(0.03+0.03\text{L})\text{mm}$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	压力表	21-0124272	(0-1.6) MPa	$U_{\text{rel}}=0.6\%$, $k=2$	活塞式压力计: 0.05 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	压力表	HC51581213711	(0-25) MPa	2.5 级	压力表检定装置: 0.25 级	安庆市计量测试所	2021.11.26 (周期间隔 6 个月)	×
生产技术部	万能试验机	1707024	UTM-1432	$\pm 1\%$	标准测力仪 0.3 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√
生产技术部	测厚仪	4	(0-10) mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.006\text{mm}$, $k=2$	卡尺量块: 2 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.4.24	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“江苏世通仪器检测服务有限公司”、“安庆市计量测试所”进行检定/校准, 检定/校准证书由生产技术部保存。根据抽查情况, 除出厂编号为 HC51581213711 的压力表, 证书已超有效日期 (见不符合报告 01), 该公司其他测量设备的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 8 日上午至 2022 年 8 月 9 日上午

审核员签字:

部门代表签字: