

测量设备溯源抽查表

编号: 0102-2018-2022

企业名称	安徽海沃特水务股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	塞尺	HWT-SL-01	(0.02-1.00) mm	$U=2.7\mu\text{m}$ $k=2$	万能测长仪 $U=(0.2-0.4)\mu\text{m}$ $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.6.12	√
生产部	数显卡尺	209092060	(0~150) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$ $k=2$	量块 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2022.6.12	√
技术质检部	耐压测试仪	1605054	ENTAI	$AC: U_{\text{rel}}=0.15\%$ $k=2$ $DC: U_{\text{rel}}=0.12\%$ $k=2$	数字高压表 0.2 级	东莞市帝恩检测有限公司	2021.6.12	√
技术质检部	接地导通电阻测试仪	1607098	ET2678	$U=6\text{m}\Omega$ $k=2$	模拟交直流标准电阻器 DC:0.05 级 AC:0.1 级	东莞市帝恩检测有限公司	2022.6.12	√
技术质检部	指针式交流电流表	1706143430	6L2	$U_{\text{rel}}=0.5\%$ $k=2$	多功能校准器 DCV: $\pm 0.0011\%$ DCA: $\pm 0.01\%$	东莞市帝恩检测有限公司	2022.6.12	√
生产部	电磁流量计	107478	KEFS-DN150	$U_{\text{rel}}=0.70\%$ $k=2$	手持式超声波流量计: 1.0 级 秒表: $U=0.01\text{s}$ $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.6.12	√
生产部	压力表	YQ12336130	(0-1.6) MPa	1.6 级	压力表检定装置: 0.4 级	怀宁县市场监督检验所	2022.5.24	√
生产部	压力表	HC675257895	(0-1.6) MPa	1.6 级	压力表检定装置: 0.25 级	安庆市计量测试所	2022.02.18	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳中电计量测试技术有限公司”、“东莞市帝恩检测有限公司”、“安庆市计量测试所”、“怀宁县市场监督检验所”进行检定/校准, 检定/校准证书由技术质检部保存。根据抽查情况, 该公司测量设备的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 9 日下午至 2022 年 8 月 10 日下午

审核员签字:



部门代表签字:

