



编号: 0073-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 侯世武	
不符合事实描述: 远程查看生产部检测室计量器具校验标识: 电子天秤的出厂编号为 36391943, 所贴的计量校验合格标识出厂编号为: 36391942, 与实际不相符。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合 / ; 次要不符合 01 ; 审核员(签名) 邱柏臣 陪同人员(签名) 企业部门代表(签名) 钱晓江 日期: 2022.08.10			
纠正措施: 组织公司各部门测量设备管理人员开展培训, 培训内容: 1. GB/T 19022-2003/ISO 10012-2003 标准进行讲解学习, 尤其是 6.2.4 条款; 2. 测量管理体系程序文件。 企业部门代表签名: 钱晓江 审核员签名: 邱柏臣			
纠正措施完成情况: 整改基本符合要求, 予以关闭不符合项, 待下次现场再验证 审核组代表签名: 邱柏臣 日期: 2022.08.14			


可另附页

整改前:

多了一个错误的序列号标签,天平自带序列号和检定合格证上的序列号是一致的



整改后: 去除了多余的错误的序列号标签



培训签到表

主题	测量管理体系标准及	培训方式	☐ 内训 ☐ 外训
时间	8月12日	培训对象	各部门测量设备管理人员
地点	润恒大会议室	讲师	陈老师
考核方式:	☐ 笔试 ☒ 口试 ☐ 实操		

培训内容:

- 1、GB/T19022-2003/ISO 10012-2003__标准进行讲解学习,尤其是标准6.2.4条款。
- 2、测量管理体系程序文件。

签到栏

序号	部门	姓名	考核结果	序号	部门	姓名	考核结果
1	质量管理部	范玉杰	合格	16			
2	生产部	侯世武	合格	17			
3	研发中心	刘燕晓	合格	18			
4	研发中心	李鹏飞	合格	19			
5	市场中心	蓝小林	合格	20			
6	采购部	陈锦岗	合格	21			
7	人力资源部	钟远	合格	22			
8	生产部	钱晓江	合格	23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

培训效果评估:

各部门加深对标准及程序文件要求的理解,清楚测量设备管理、标识、定购、检测、校准、报废等管理要求。

评估人: 陈兰

日期: 2022.8.12