



编号：0905-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	湖北中硕科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检测部	数显卡尺	4311311812	(0~150)mm	$U=0.01\text{mm}$ ($K=2$)	量块 五等	深圳华信计量检测科技有限公司	2021.11.10	√
供销部	电子汽车衡	ZS01	SCS-100t	III级	非自动衡器 检定装置 M1 等级	公安县计量检定测试服务中心	2022.04.07	√
生产部	真空表	200203026	(-0.1~0)MPa	1.6 级	精密压力表 0.4 级	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	2022.06.08	√
生产部	精密压力表	H07031619	(0~10)MPa	0.4 级	活塞式压力计标准装置 0.05 级	湖北省计量测试技术研究院荆州分院	2022.06.08	√
质量检测部	二氯甲烷浸渍试验机	1303	JZY-1	$U=0.53^{\circ}\text{C}$ ($K=2$)	数据采集器 $U=0.20^{\circ}\text{C}$ ($K=2$)	深圳华信计量检测科技有限公司	2021.11.10	√
质量检测部	维卡软化温度测定仪	1224	XRW-300A	温度： $U=0.3^{\circ}\text{C}$ ($K=2$) 质量： $U=0.5\text{g}$ ($K=2$)	标准水银温度计：二等 电子天平： $U=0.3\text{mg}$ ($K=2$)	深圳华信计量检测科技有限公司	2021.11.10	√
质量检测部	管材耐压试验机	1193	XGY-D	压力： $U=0.15\%\text{FS}$ 温度：	便携式压力校验仪： $U=0.021\%\text{FS}$, $k=2$ 精密压力表 0.4 级	深圳华信计量检测科技有限公司	2021.11.10	√
质量检测部	温湿度计	ZS-WD-001	HTC	温度： $U=0.30^{\circ}\text{C}$ 湿度： $U=1.5\%\text{RH}$ $K=2$	温湿度标准箱 温度均匀度 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ 湿度均匀度 $\leq 1.0\%\text{RH}$	深圳华信计量检测科技有限公司	2021.11.10	√



审核综合意见：

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》。公司未建最高计量标准，测量设备由质量检测部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳华信计量检测科技有限公司、公安县计量检定测试服务中心、湖北省计量测试技术研究院荆州分院等机构检定/校准，校准/检定证书由廖崇玉保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2022 年 8 月 9 日~8 月 10 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。