



编号: 0763-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	宁夏青川管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 王海平	
不符合事实描述: 查品质部编号 411202 的壁厚连续测量仪, 本年度未送检。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) 王海平 陪同人员(签名) 王海平 企业部门代表(签名) 王文碑 日期: 2022. 8. 5			
纠正措施: 立即将壁厚连续测量仪送检。 检查其他送检情况避免漏检。 企业部门代表签名: 王文碑 审核员签名: 王海平			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭。 审核组代表签名: 王海平 日期: 2022. 8. 5			

可另附页