



编号: 0555-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	佛山市顺德区北滘镇科锐实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号/规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	砝码	KR-01	200g	M1	电子天平 1 级 砝码 F1	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.15	√
品质部	示波器	KR-04	DL1540	垂直 $U_{rel}=1.2\%$ ($k=2$) 水平: $U_{rel}=0.8\%$, ($k=2$) 带宽 $U_{rel}=3.3\%$, ($k=2$)	示波器校准仪 $U_{rel}=1.0 \times 10^{-9}$ ($k=2$)	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.15	√
品质部	石英检测仪	KR-05	QWA-5	$U=0.02$ ($k=2$)	秒表检定仪: 频率准 确度 6×10^{-9}	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.15	√
生产部	万用表	KR-03	15B+	DCU: $U_{rel}=0.17\%$ ($k=2$) ACU: $U_{rel}=0.23\%$ ($k=2$) DCI: $U_{rel}=0.52\%$ ($k=2$) ACI: $U_{rel}=0.55\%$ ($k=2$) 电阻: $U_{rel}=0.15\%$ ($k=2$)	多功能校准器 DCU: $U_{rel}=0.010\%$ ($k=2$) DCI: $U_{rel}=0.017\%$ ($k=2$) ACU: $U_{rel}=0.017\%$ ($k=2$) ACI: $U_{rel}=0.04\%$ ($k=2$) OHM: $U_{rel}=0.03\%$ ($k=2$)	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.15	√
研发部	直流电源	KR-02	UTP3303	DCU: $U_{rel}=0.4\%$ ($k=2$) DCI: $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	数字多用表: DCU: $U_{rel}=0.002\%$ ($k=2$) DCI: $U_{rel}=0.005\%$ ($k=2$)	广东六零二 计量检测有 限公司	2022.07.15	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认程序》、《计量外部供方管理程序》、《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司校准，校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 5 日至 8 月 6 日

审核员签字:

张桂芹

部门代表签字:

胡群

说明: “测量设备计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。