


测量过程核查记录


编号：JR7.2.1/02

测量过程名称：	电子秤出厂测试			测量过程编号：		OQC-01			记录流水号： 202201			
测量参数：	砝码重量			测量最大允许误差：		±0.5g			备注：单位为g			
核查标准：	200g砝码			核查周期：		1月/次						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\overline{X}$)	标准偏差 (s)
2022.03.20	199.9	200.0	199.9	199.9	199.9	200.0	199.9	200.0	199.9	199.9	199.930	0.048
2022.04.18	200.0	200.0	199.9	200.0	200.0	199.9	200.0	199.9	199.9	200.0	199.960	0.052
2022.05.17	199.9	199.9	199.9	200.0	199.9	200.0	200.0	199.9	200.0	200.0	199.950	0.053
2022.06.14	199.9	200.0	199.9	199.9	200.0	199.9	199.9	199.9	200.0	200.0	199.940	0.052
2022.07.17	199.9	199.9	199.9	200.0	200.0	200.0	200.0	199.9	200.0	200.0	199.960	0.052
m = 4				n = 10								
平均值 ($\overline{X}$) = 199.9480			s _B = 0.0129			s _P = 0.0511						

$\overline{X}$ - s图



制表: 杜鹃 2022.7.18



审核/日期: 刘建能 2022.7.18

