



编号: 0555-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市顺德区北滘镇科锐实业有限公司	不符合报告编号:	2022080602
受审核部门: 品质部		陪同人员: 卢凤群	
不符合事实描述: 查品质部砝码 (规格: 200g) 《计量确认记录表》, 校准结果中最大误差填写为: $\pm 0.01\text{g}$, 与校准证书的校准结果中误差 -0.004g 不符。记录填写有误。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u> √ </u> ; 审核员(签名) <u>陈的雄</u> 陪同人员(签名) <u>卢凤群</u> 企业部门代表(签名) <u>罗桂菊</u> 日期: 2022 年 8 月 6 日			
纠正措施: <u>按要求正确填写砝码的计量确认记录, 并检查其他测量设备的计量确认记录是否存在同样问题, 一并整改。</u> 企业部门代表签名: <u>罗桂菊</u> 审核员签名: <u>陈的雄</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业制定的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>陈的雄</u> 日期: <u>2022.8.6</u>			

可另附页