



编号: 0901-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	江苏天楹环保能源成套设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部 (生产车间)		陪同人员: 阮志刚	
不符合事实描述: 检查发现生产车间使用的 (250-275) mm 千分尺 (L-02-008) 未进行有效溯源, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员 (签名) <u>[Signature]</u> 陪同人员 (签名) <u>[Signature]</u> 企业部门代表 (签名) <u>[Signature]</u> 日期: 2022. 08. 23			
纠正措施: 1. 将 (250-275) mm 千分尺 (L-02-008) 进行送检溯源; 2. 对生产检验过程进行排查, 是否有其他计量器具未送检, 若有, 同步进行送检溯源; 企业部门代表签名: <u>[Signature]</u> 审核员签名: <u>[Signature]</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实. 验证有效. 审核组代表签名: <u>[Signature]</u> 日期: 2022. 08. 23			

可另附页

