



编号: 0147-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	苏州胜信光电科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 金牛	
不符合事实描述: 质检部检测室现场使用的 (0-25) mm, A58986 数显微米千分尺, 有计量确认合格标识, 检查了校准证书: 由苏州赛宝校准技术有限公司校准, 校准日期 2022 年 08 月 14 日, 有效期至 2023 年 08 月 13 日, 检查了质检部的《测量设备台帐》, 未列入台帐管理, 不满足要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款要求。 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>吴惠平</u> 陪同人员(签名) <u>金牛</u> 企业部门代表(签名) <u>金牛</u> 日期: 2022. 09. 02			
纠正措施: 在台帐更新时, 因疏忽遗漏, 立即将微米千分尺列入台帐管理, 举一反三, 检查其它有无类似情况, 并纠正。 企业部门代表签名: <u>金牛</u> 审核员签名: <u>吴惠平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2022. 09. 02			

可另附页

