



测量设备溯源抽查表

编号: 0152-2020-2022

企业名称	广东壮丽彩印股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	电子天平	52163	JA1003N	I 级	E2 等级 (24 个)	广州广电计量检测股份有限公司	2021-10-28	✓
生产部	台秤	3#	TGT-100	III 级	增砣砵码 M1 等级 M1 等级大砵码组 M1 级 数显卡尺 MPE ± 0.04mm	广州广电计量检测股份有限公司	2021-10-28	✓
质量管理部	摩擦系数测定仪	BJGM4130401	GM-4	摩擦有效行程 U=0.2mm K=2	电子秒表 MPE ± 0.10s 数显卡尺 MPE ± 0.03mm 电子秒表 II 级	广州广电计量检测股份有限公司	2021-10-28	✓
质量管理部	红外线快速水分测定仪	140533701	SFY-60	II 级	E ₂ 等级 (24 个) E ₂ 砵码	广州广电计量检测股份有限公司	2021-10-28	✓
质量管理部	纸板挺度测定仪	114	J-TDY500A	角度 U=0.2° (k=2) U=0.5cN (k=2)	电 子 天 平 /171184160N II 级 数显倾角仪 MPE: ±0.05°	广州广电计量股份有限公司	2021-10-28	✓
质量管理部	白度测定仪	18112261B	YQ-Z-48B	U=0.9 (K=2)	系列标准白板	广州广电计量检测股份有限公司	2022-3-14	✓

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部委托广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由质量管理部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 08 月 25 日~08 月 25 日

审核员签字: 邱相臣

部门代表签字: 杨明

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。