



测量设备溯源抽查表

编号: 0820-2021-2022

企业名称	滁州松久电器电泵有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	外径千分尺	1130	(125-150) mm	$\pm 0.006\text{mm}$ $U=0.0012\text{mm}$, $k=2$	千分尺量块: 2 级 大量块: 3 等	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.05.05	√
质量部	深度尺	7471	(0-300) mm	$U=0.02\text{mm}$, $k=2$	卡尺量块: 2 级 数显千分尺: $\pm 4 \mu\text{m}$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.05.05	√
质量部	扭力扳手	BS3613 55	(150-450) N.m	$\pm 3\%$ $U_{\text{rel}}=2.4\%$, $k=2$	扭力测试仪: 0.3 级	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.05.05	√
质量部	内径百分表	82962	(50-160) mm	$U=1.8 \mu\text{m}$, $k=2$	光栅式指示表检定仪: $U=0.4 \mu\text{m}, k=2$	江苏世通仪器检测服务有限公司	2022.05.05	√
生产部	压力表	96702	(0-2.5) MPa	1.6 级	智能压力校验仪: 0.05 级	郑州市质量技术监督检验测试中心	2022.05.05	√

审核综合意见:

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托江苏世通仪器检测服务有限公司、郑州市质量技术监督检验测试中心等机构检定/校准，检定/校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 08 月 11 日上午~2022 年 08 月 11 日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

李艳花