



编号: 0820-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	滁州松久电器电泵有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 李艳花	
不符合事实描述: 查质量部, 未提供出对《测量设备合格供方名录》中的供方“杭州江南压力表有限公司”的供方评价见证性资料, 经确认, 未进行评价。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准“6.4 外部供方”; 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘俊华</u> 陪同人员(签名) <u>李艳花</u>; 企业部门代表(签名) <u>李艳花</u> 日期: 2022 年 08 月 11 日			
纠正措施: 1. 针对“杭州江南压力表有限公司”进行供方评价; 2. 举一反三, 全面整改。 企业部门代表签名: <u>李艳花</u> 审核员签名: <u>刘俊华</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>刘俊华</u> 日期: 2022 年 08 月 11 日			

可另附页