



测量设备溯源抽查表

编号: 0821-2021-2022

企业名称	安徽恩蔓智能科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
生产部	外径千分尺	EM-QFC-001	(25-50)mm	$\pm 4\mu\text{m}$ $U=1.1\mu\text{m}, k=2$	量块: 4等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.8.1	√
质量部	压力表	170424683	(0-16)MPa	$\pm 0.4\text{MPa}$ $U_{\text{rel}}=0.4\%\text{FS}, k=2$	数字压力表: 0.05级	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.8.1	√
生产部	游标卡尺	036	(0-500)mm	$\pm 0.05\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 4等	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.8.1	√
质量部	耐压测试仪	1510061	ET2672C	①交流电压: $\pm 0.25\text{kV}$ $U_{\text{rel}}=0.62\%, k=2$ ②直流电压: $\pm 0.25\text{kV}$ $U_{\text{rel}}=0.58\%, k=2$	耐压测试仪检定装置: $U=0.0012\text{kV} \sim 0.018\text{kV}, k=2$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.8.1	√
质量部	绝缘电阻表	17069490	ZC25-4	电阻: $U_{\text{rel}}=2.6\%, k=2$	绝缘电阻表检定装置: $\pm (1\% \times \text{读数} \pm 0.2\% \times \text{读数})$	深圳天溯计量检测股份有限公司	2022.8.1	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部委托“深圳天溯计量检测股份有限公司”校准，校准证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年08月13日上午~2022年08月13日下午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

李明文