



编号: 0821-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽恩蔓智能科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 高燕	
不符合事实描述: 查质检部, 编号为 ZJB-03 的《数字压力变送器校验报告》, 无审核人员、批准人员信息。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 “7.2.4a) 测量过程的记录” 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>高燕</u> 企业部门代表(签名) <u>李明文</u> 日期: 2022 年 8 月 13 日			
纠正措施: 1. 立即对编号为 ZJB-03 的《数字压力变送器校验报告》增加审核人员、批准人员信息。 2. 全面检查如有类似问题, 全面整改。 企业部门代表签名: <u>李明文</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 8 月 13 日			

可另附页