



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表（07 版）



编号：0971-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京天创金农科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
研发部	温室传感器	01314C18 0001	J116C	湿度： $U=2\%RH$ 温度： $U=0.3^{\circ}C$ ($k=2$)	精密露点仪/159979: 一级	阿米检测技术有限公司	2022.1.7	√
研发部	小气象监测站	02715611 000A	J237	湿度： $U=2\%RH$ 温度： $U=0.3^{\circ}C$ ($k=2$)	精密露点仪/159979: 一级	阿米检测技术有限公司	2022.1.7	√
研发部	智能采收秤	06115618 0001	J610	$U=0.025kg$ ($k=2$)	F2 等级砝码组/046 等 F1 等级砝码组/373	阿米检测技术有限公司	2022.1.7	√

审核综合意见：
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由)
已制定《测量设备管理程序》、《外部供方管理程序》、《计量确认管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由综合部负责溯源并保管证书，测量设备委托“阿米检测技术有限公司”进行校准，检定/校准符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 8 月 8 日上午~8 月 9 日 上午

审核员签字： 部门代表签字：

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。