



测量设备溯源抽查表

编号: 0163-2020-2022

企业名称	青岛佳明测控科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量部	便携式多参数分析仪	650800N 00210100 02	DZB-718	pH: $U=0.02, k=2$ 电导率: $U_{rel}=0.4\%, k=2$	邻苯二甲酸氢钾 pH 标准物质: $U=0.01\text{pH}, k=3$ 氟化钾电导率溶液标准物质 $U_{rel}=0.25\%, k=2$	青岛市计量技术研究院	2022.06. 06	√
质量部	绝缘电阻表	19074736	ZC25B-3	$\pm 20\text{ m}\Omega$ $U_{rel}=1.8\%, k=2$	绝缘电阻表多功能试验箱: $\pm 1\%$	安正计量检测有限公司	2022.03. 10	√
质量部	全数显耐电压测试仪	70AM19 0827281	RK2670 AM	交流电压 $U_{rel}=0.96\%, k=2$ 交流击穿电流 $U_{rel}=0.9\%, k=2$	耐电压测试仪校验仪: 0.5 级	安正计量检测有限公司	2021.09. 03	√
质量部	接地电阻测试仪	1908006	CC2520	电阻: $\pm 27.5\text{ m}\Omega$ $U_{rel}=0.3\%, k=2$	接地电阻表检定装置: 0.05 级	安正计量检测有限公司	2021.09. 02	√
生产事业部	浊度计	671900N 00210603 58	WZB-17 7L	示值误差 4.1%	浊度计检定装置 $U_{rel}=3.2\%, k=2$	青岛市计量技术研究院	2021.11. 19	√
生产事业部	压力表	M089593	(0-1.6)M Pa	2.5 级	数字压力计标准装置 0.05 级	青岛市城阳区市场监督管理局综合服务中心	2022.07. 11	√
生产事业部	游标卡尺	1121310	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$	量块 5 等	安正计量检测有限公司	2022.03. 13	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托青岛市计量技术研究院、安正计量检测有限公司、青岛市城阳区市场监督管理局综合服务中心进行检定校准, 检定校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 22 日上午~8 月 23 日下午

审核员签字:

部门代表签字: