



编号: 0163-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	青岛佳明测控科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产事业部	陪同人员:	张连君
<p>不符合事实描述:</p> <p>查生产事业部现场 2022 年 7 月的《总磷水质自动监测仪调试记录表》, 产品“TP”, 产品编号: MB01000374-202207001。检测项目“安全性能”中包括绝缘电阻、漏电电流、耐压强度、接地电阻的测试, 该记录未标注安全性能测试依据的技术标准和使用的检测设备信息。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: “7.2.4(a)测量过程的记录”</p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>审核员(签名) <u>李永波</u> 陪同人员(签名) <u>张连君</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>李强</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 8 月 23 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>1. 立即修改记录表, 标注安全性能测试依据的技术标准和使用的设备信息。</p> <p>2. 对检验和调试人员进行培训, 举一反三防止类似问题再次出现。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李强</u> 审核员签名: <u>李永波</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p><u>针对问题的纠正措施可行。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>李永波</u> 日期: 2022. 8. 23</p>			