



测量设备溯源抽查表

编号: 0169-2020-2022

企业名称	莱州市霸力石油机械有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级	测量标准装置准确度等级	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产科	万能角度尺	23101	(0-320)°	±2'	角度规检定装置: 1 级	莱州市计量测试所	2022.03.31	√
生产科	游标卡尺	111105933	(0-150) mm	±0.03mm	检定游标量具标准器组: 5 等	莱州市计量测试所	2022.03.18	√
质检科	宽度直角尺	32018	200mm	1 级	直角尺检定装置: $U=0.8\mu\text{m}$ $k=2$	莱州市计量测试所	2022.03.29	√
质检科	压力变送器	23	CYH300	0.5 级	压力变送器检定装置: 0.02 级	烟台市计量所	2022.04.28	√
生产科	千分尺	48229	(175-200)mm	±(2-11) μm	检定测微量具标准器组: 4 等	莱州市计量测试所	2022.03.08	√
生产科	压力表	150110.144 4	(0-4) MPa	2.5 级	数字压力计标准装置: 0.05%	莱州市计量测试所	2022.04.02	√
质检科	表面粗糙度比较样块	99291	Ra(6.3-0.012) μm	$U_{\text{rel}}=6\%$ $k=2$	表面粗糙度比较样块:MPE:±5%	莱州市计量测试所	2022.03.31	√
质检科	覆层测厚仪	0000028323 000016	TIME2500	B 级	测厚仪检定装置: $U=3\mu\text{m}$ $k=2$	烟台市计量所	2022.04.22	√
质检科	声级计	060804508	1351	$U=0.1\text{dB}$ $k=2$	声校准器: 1 级 多通道声分析仪: $U=0.3\text{dB}$ ($k=2$)	烟台市计量所	2022.04.20	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检科负责溯源。公司测量设备全部委托“烟台市计量所”、“莱州市计量测试所”进行检定/校准, 检定/校准证书由质检科保存。根据抽查情况, 该公司测量设备的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 24 日上午至 2022 年 8 月 26 日下午

审核员签字:

部门代表签字: