



测量设备溯源抽查表

编号: 0794-2021-2022

企业名称	深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
商品部	电子天平	28205797	GD603	Ⅱ级	F ₁ 级砝码 (0.001~2000)g	深圳市计量质量检测研究院	2022-04-29	✓
出货部	电子天平	BL101007223	AJ-2200E	Ⅱ级	砝码 F ₁ 级(1~40)kg、F ₂ 级(0.001~2000)g	深圳市计量质量检测研究院	2022-04-29	✓
展厅	电子天平	061400006	GB10002	Ⅱ级	砝码 F ₁ 级(1~40)kg、F ₂ 级(0.001~2000)g	深圳市计量质量检测研究院	2022-04-29	✓
采购部	电子天平	BL131008263	AJ-3200E	Ⅱ级	砝码 F ₁ 级(0.001~2000)g、F ₂ (1~30)kg级	深圳市计量质量检测研究院	2022-04-29	✓
行政中心(计量室)	游标卡	999	(0~150)mm	±0.03mm	卡尺专用量块(10~291.8)mm 外径千分尺(0~25)mm	深圳市计量质量检测研究院	2022-05-06	✓
行政中心(计量室)	温湿度表	72263	TH101B	±2℃, ±5%RH	精密露点湿度计: 一级 高精度测温仪: ±0.05℃	深圳市计量质量检测研究院	2022-05-06	✓
行政中心(计量室)	砝码	193	(0.001~1000)g	F ₁ 级	质量比较仪、砝码E ₂ 级	深圳市计量质量检测研究院	2022-05-09	✓
行政中心(计量室)	戒指尺	MQ/2084865-05	/	±0.1mm	数显卡尺 MPE: ±0.03mm	深圳市计量质量检测研究院	2022-5-09	✓
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由行政中心（计量室）负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市计量质量检测研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由行政中心（计量室）保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022 年 08 月 16 日~ 08 月 16 日 审核员签字: 邱柏臣 部门代表签字: 殷								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。