



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0933-2021-2022

| 企业名称 北京三盈联合石油技术有限公司 |         |             |             |                                                                                   |                                                                                     |                  |           |             |
|---------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 部门                  | 测量设备名称  | 测量设备编号      | 型号规格        | 测量设备计量特性                                                                          | 测量标准装置名称及技术参数                                                                       | 检定/校准机构          | 检定/校准日期   | 符合√<br>不符合× |
| 质量部                 | 耐震压力表   | 17109387    | (0-0.6) MPa | $U=1.2\%FS (k=2)$                                                                 | 数字压力表(0~6)MPa, 0.05 级                                                               | 中检世标(北京)计量检验有限公司 | 2022/3/3  | √           |
| 生产制造部               | 外径千分尺   | B80640      | (0~25) mm   | $U=1.1 \mu m, (k=2)$                                                              | 量块(5.12~100)mm, 4 等                                                                 | 中检世标(北京)计量检验有限公司 | 2022/3/1  | √           |
| 生产制造部               | 压力表     | 22061152    | (0-6) Mpa   | $U=0.5\%FS k=2$                                                                   | 数字压力表 (0~10)MPa, 0.05 级                                                             | 广州广电计量检测股份有限公司   | 2022/6/24 | √           |
| 质量部                 | 接地电阻测试仪 | 1701082-009 | CS2678X     | 电流: $U_{rel}=1\% (k=2)$ ;<br>电阻: $U_{rel}=1\% (k=2)$ ;<br>时间: $U_{rel}=1\% (k=2)$ | 接地导通电阻测试仪检定装置((20~600)MΩ, 电阻:±0.5%; 电流:±0.5%)                                       | 北京市计量检测科学研究院     | 2021/3/8  | √           |
| 质量部                 | 耐压测试仪   | 1611075-009 | CS2673X     | 交流电压: $U=0.05kV (k=2)$ ;<br>交流击穿电流: $U=0.40mA (k=2)$ ;<br>电压持续时间: $U=0.15S (k=2)$ | 耐电压综合测试仪综合校准仪<br>ACV/DCV/ACI/DCI:0.3 级                                              | 北京市计量检测科学研究院     | 2022/3/3  | √           |
| 质量部                 | 绝缘电阻表   | 18010185    | ZC-7        | 开路电压:<br>$U=50V, k=2$ ;<br>中值电压:<br>$U=50V, k=2$                                  | 耐电压综合测试仪综合校准仪<br>ACV/DCV/ACI/DCI:0.3 级;<br>绝缘电阻表检定装置(电阻: 0.2 级; 电压: ±(1%读数+0.2%量程)) | 广电计量检测(北京)有限公司   | 2022/3/3  | √           |
| 质量部                 | 标准金属量器  | 508         | BL-2, 20L   | $\pm 2.5 \times 10^{-4}$                                                          | 一等金属量器标准装置 ( $\pm 5 \times 10^{-5}$ )                                               | 北京市计量检测科学研究院     | 2022/7/29 | √           |
|                     |         |             |             |                                                                                   |                                                                                     |                  |           |             |

## 审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《测量溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托中检世标(北京)计量检验有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(北京)有限公司、北京市计量检测科学研究院进行检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 24 日

审核员签字:

张云扬

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。