



深圳广测检测技术有限公司
Shenzhen Guangce Test Technology Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11360

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No.

GC221208586



第 1 页 共 3 页
Page of

委托方
Client

重庆西友新型墙体材料有限公司

委托方地址
Add.of Client

重庆市南川区工业园区流金路2号

计量器具名称
Description

压力表

型号规格
Model /Type

(0-1.6) Mpa

制造商
Manufacturer

衡水科泰

出厂编号
Serial No.

/

设备编号
Equipment No.

XY-H-001

接收日期
Date of Receipt

2022 年 08 月 22 日
Y M D

签发日期
Issued Date

2022 年 08 月 22 日
Y M D

校准
Calibrated by

王阳

审核
Inspected by

梁斌



证书专用章
Issued by (Stamp)

批准
Approved by

张稳

校准日期
Calibration Date

2022 年 08 月 22 日
Y M D

建议下次校准日期
Next Calibration Date

2023 年 02 月 21 日
Y M D

地址: 深圳市光明新区光明街道塘家社区观光路汇业科技园综合楼二楼西南面第1-4格

邮政编码(Post No.): 518106

Address: No. 1-4, The Southwest of 2nd Floor, Multifunctional Building of Huiye Sci-Tech Park, Guangguang Road, Tangjia Community, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China

电话(Tel): 86-755-81721991 传真(Fax): 86-755-23192487 E-mail: sz125800@163.com



深圳广测检测技术有限公司

Shenzhen Guangce Test Technology Co.,Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11360

说明

DIRECTIONS

证书编号 GC221208586

Certificate No.

第 2 页 共 3 页

Page of

1. 本公司出具的数据均可溯源到国家标准或国际单位制 (SI) .

All data issued by the laboratory are traceable to national standard or International System of Units (SI).

2. 此证书无本公司盖章无效。未经本公司书面批准，不得部分复制校准证书。

The certificate shall not be valid without stamp of GCC. This certificate shall not be copied partly without the written approval of GCC.

3. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。

The results relate only to the items calibrated.

4. 本次校准的技术依据：

Reference documents for the calibration:

参照JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：

Main measure equipments are used in the Calibration:

设备名称/型号	编号	证书号/溯源单位	有效期	计量特性
Name of Equipment /Model	Serial No.	Certificate No./Traceability	Due Date	Technical Characteristic
数字压力表/ConST218(0~6)MPa	21820170030	214374965/深圳计量院	2022-09-01	0.05级

6. 校准地点、环境条件：

Place and environment condition during calibration

地点：GCC力学室

Place:

温度：27 °C

Temperature:

相对湿度：59 %

RH :



深圳广测检测技术有限公司

Shenzhen Guangce Test Technology Co., Ltd

校准结果

Result of Calibration



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11360

证书编号: GC221208586
Certificate No.

第 3 页 共 3 页
Page of

一、外观及工作正常性检查: 正常
Appearance and Performance checked:

二、指针偏转平稳性: 正常
Pointer deflection stationarity: Normal

三、轻敲位移: 正常
Tapping displacement : Normal

四、回程误差: 正常
Hysteresis error : Normal

五、示值误差:
Error of Indication:

仪表刻度值(MPa)	实测值(MPa)	最大允差(MPa)	扩展不确定度 (k=2)
Gauge scale	Measured value	MPE	Expanded Uncertainty
0.0	0.000	± 0.040	$U= 0.7\%FS$
0.4	0.397	± 0.040	$U= 0.7\%FS$
0.8	0.796	± 0.040	$U= 0.7\%FS$
1.2	1.191	± 0.040	$U= 0.7\%FS$
1.6	1.604	± 0.064	$U= 0.7\%FS$

注: (Notes):

1、本次校准结果的扩展不确定度依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示

Expanded uncertainty of measurement According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in measurement.

2、校准项目符合2.5级技术要求

Passed at class 2.5 calibrated item

以下空白
Blank below