



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GD602052208220296

Certificate No.

委托方: 重庆西友新型墙体材料有限公司

Client

委托方地址: 重庆市南川区工业园区流金路2号

Address

仪器名称: 燃气报警器

Description

型号/规格: LF-G55

Model/Type

制造商: /

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: /

Asset No.

接收日期: 2022 年 08 月 22 日

Received Date

校准日期: 2022 年 08 月 22 日

Calibration Date

签发日期: 2022 年 08 月 22 日

Issue Date



发证单位 (专用章)

Issued By (Stamp)

批准: 邹春晖

Approved by

核 验: 黄磊

Inspected by

校 准: 王德荣

Calibrated by

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室

Address: Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

电话(Tel): 86-0755-88897322

传真(Fax): 86-0755-88897322

邮编: (Post Code): 518109

电子邮件 (E-mail): gd602jl@163.com

第1页, 共3页

Page of



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: GD602052208220296

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。

It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.

2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。

The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.

3. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制校准证书。

This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

4. 本次校准的技术依据文件:

Reference documents for the Calibration

JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》

5. 本次校准使用的主要测量标准:

Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称	编号	溯源单位	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No.	Traceability to	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)061669	中国测试技术研究院	820210916072/2022-09-16	二级
空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)061669	中国测试技术研究院	820210916074/2022-09-16	二级
空气中甲烷气体标准物质	GBW(E)061669	中国测试技术研究院	820210916073/2022-09-16	二级

6. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration

地点: 本公司实验室

Place

温度: 23.1 °C

Temperature

相对湿度: 54 %RH

Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间: 12 个月。但送校单位应按实际情况来定。

Recalibration interval

Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准结果 Result of Calibration

证书编号:GD602052208220296

Certificate No.

				结论 (Pass/Fail)
1.外观及各部件相互作用(Appearance & Interaction) :				
正常(Normal)				P
2.报警功能(Warning function):				
正常(Normal)				P
3.仪器示值误差(Indication erro):				
标气浓度 (%LEL)	示值误差	技术指标		
10	-1.10%	±5%FS	P	
40	2.58%		P	
60	3.33%		P	
4.重复性(Repeatability):				
标气浓度 (%LEL)	重复性	技术指标		
40	1.31%	≤2%	P	
5.响应时间 (Response time):				
标气浓度 (%LEL)	响应时间平均值(s)	技术指标		
40	22.00	≤30s	P	

备注：

Notes：

关于测量结果不确定度的说明：

(Directions of measurement uncertainty in the calibration)

1、依据：JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示；

(Reference Document：JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

2、本次测量结果的扩展不确定度(The expanded uncertainty of the measurement)：U=7%，k=2

以下空白

(That is all)