



编号: 0095-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	信东仪器仪表(苏州)股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	品质部	陪同人员:	陈超
不符合事实描述: 现场编号为 YA07036292 的压力表提供不出校准证书 不符合认证审核准则条款号: _ GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准 7.3.2 条款 _ 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 _√_; 审核员(签名) _寿定志_ 陪同人员(签名) _陈超_ 企业部门代表(签名) _丁凯_ 日期: 2022.8.18			
纠正措施: 对此块压力表即刻拆卸后送往具有资质的机构检定,在此期间用检定合格的压力表替换。举一反三,对现场的仪表进行检查,避免同类问题的发生。 企业部门代表签名: _丁凯_ 审核员签名: _寿定志_ 纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 验证有效。 审核组代表签名: 日期: 2022.8.18.			

可另附页