



编号: 0089-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	吉林省通达泵业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量检测部		陪同人员: 孙莉	
不符合事实描述: 抽查检定校准服务方的《合格供方调查、评价表》, 对合格服务方“沈阳计量测试院”未能提供的服务质量评审的记录。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>孙莉</u> 企业部门代表(签名) <u>刘洋</u> 日期: 2022. 08. 16			
纠正措施: 1、组织专业技术人员对服务方“沈阳计量测试院”, 的服务质量、校准能力等进行评审, 并保存评审记录。以确保持续符合标准要求。 2、组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: <u>刘洋</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022. 08. 16			