



测量设备溯源抽查表

编号: 0087-2021-2022

企业名称	吉林东方石化泵业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备 计 量 特 性	测量标准装置名称及 技术参数	检定/校准机 构	检定/校准日期	符合 打√ 不符 合打 ×
质量技术部	布氏硬度计	09	HB-3000	±2HBW	标准硬度块 U=0.5%	沈阳计量测试院	2021.10.15	√
车间	螺纹环规	1805	M105×2-6g	/	螺纹综合测量机 3 μm+L/200	沈阳计量测试院	2021.10.15	√
车间	钢卷尺	53	5m	Ⅱ 级	标准钢卷尺 MPE ± (0.03+0.03L)mm	沈阳计量测试院	2021.10.15	√
车间	游标卡尺	18042307	(0~300) mm	± 0.04mm	量块 5 等 12 块	沈阳计量测试院	2021.10.15	√
车间	压力表	H705623 03113	(0~60) MPa	0.25 级	活塞式压力计 0.05 级	沈阳计量测试院	2022.4.14	√
审核综合意见: (公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《溯源性管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。测量设备由沈阳计量测试院进行检定/校准，检定/校准证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况，符合溯源性要求。)								
审核日期: 2022 年 08 月 17 日上午 ~ 08 月 17 日下午								
审核员签字:				部门代表签字:				

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。