



编号: 0087-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	吉林东方石化泵业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量技术部		陪同人员: 金吉江	
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场使用的游标卡尺, 出厂编号: 8841 测量范围 (0-150) mm, 没有列入公司测量设备台账管理。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>金吉江</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>金吉江</u> 日期: 2022.08.17</p> <p>1. 纠正措施:组织专业技术人员对出厂编号为: : 8841, 测量范围 (0~150) mm 游标卡尺, 列入测量设备台账管理, 并对其它测量设备进行核验, 以满足测量设备计量特性的要求。</p> <p>2. 组织相关人员培训, 强化员工对标准条款的理解</p> <p>企业部门代表签名: <u>金吉江</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p> <p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2022.08.17</p>			