



测量设备溯源抽查表

编号: 0725-2021-2022

企业名称	武汉福昌瑞达管业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	电子万能试验机	20190001	XWW-2020	1级	标准测力仪: 0.1级	武汉市计量测试 检定(研究)所	2022年07月 29日	√
质检部	游标卡尺	H510429 1034	(0~150) mm	±0.02mm	量块: 4等	武汉市计量测试 检定(研究)所	2022年07月 26日	√
质检部	电子秤	231278	(0~30) kg	III级	标准砝码: F ₁ 和M ₂ 等级	武汉市计量测试 检定(研究)所	2022年07月 26日	√
质检部	电子秤	S1312000 3	(0~300) kg	III级	标准砝码: F ₁ 和M ₂ 等级	武汉市计量测试 检定(研究)所	2022年07月 29日	√
质检部	电子天平	20180096	FA1004 100g	I级	标准砝码: E2级	深圳凯华计量检 测技术有限公司	2022年08月 28日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托武汉市计量测试检定(研究)所、深圳中电计量测试技术有限公司等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022年08月29日上午~2022年08月29日下午

审核员签字:

伍光华

部门代表签字:

彭军

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

