



测量设备溯源抽查表

编号: 0620-2021-202

企业名称	安耐特消防装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量检验部	游标卡尺	5367	(0-300) mm	$U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 4 等/数显外径千分尺: $U=0.7\mu\text{m} + 3 \times 10^{-6} \text{Ln}, k=2$ /刀口形直尺: $U=0.3\mu\text{m} \quad 6\text{Ln}, k=2$	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
质量检验部	精密压力表	126191	(0-4.0) MPa	0.4 级	双活塞真空压力计: 0.05 级	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
质量检验部	数显程式噪音计	01326571	AR824	$U=0.4\text{dB}, k=2$	声校准器: $U=0.15\text{dB}, k=2$	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
质量检验部	绝缘电阻表	482075	ZC25-3	绝缘电阻: $U_{rel} = (1.0 \sim 2.6) \%, k=2$; 电压: $U_{rel} = 0.6\%, k=2$;	绝精密数字多用表: $U_{rel} = 0.002\%, k=2$; 标准可调式高阻箱: $U_{rel} = 0.06\%, k=2$;	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
质量检验部	微机高速元素分析仪	ANT-YS001	JL-WJ5A	$C: U_{rel} = 0.05\%, k=2$	金属标准物质: 二级	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
生产技术部	数显靶式流量计	120721002002	SBL-AY20CEZX	$U=0.3\%, k=2$	流量计校准装置: 0.2 级	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√
生产技术部	外径千分尺	026978	(50-75) mm	$U=1.6\mu\text{m}, k=2$	量块: (5.12~100) mm 3 等/ 平行平晶: 1 系列 $U=0.2\mu\text{m}, k=2$	深圳华量校准检测有限公司	2022 年 7 月 4 日	√

审核综合意见:

企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由质量检验部负责溯源。企业测量设备全部委托深圳新广行检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质量检验部保存。根据抽查情况，该企业的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 4 日

审核员签字:

部门代表签字:

