



测量设备溯源抽查表

编号: 0106-2018-2022

企业名称	江西金虎保险设备集团有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	钢卷尺	6934715100295-1	5m	$U = (0.1 + 0.5 \times 10^{-4}) \text{ mm}$ $K=2$	标准钢卷尺 $U=0.02\text{mm}$ $K=2$	苏州国方校准测试技术有限公司	2022.07.05	√
生产部	电子台秤	983516	TCS-01R	$U=0.020\text{kg}$ $K=2$	砝码 500g~1mg E2 等级 砝码 100g~100mg M1 等级 砝码 (20~1) kg F2 等级 砝码 (5~20) kg M1 等级	江西赛宝计量检测有限公司	2022.06.29	√
生产部	涂层测厚仪	JH-TC-01	TC-100	$U=2.5 \mu\text{m}$ $K=2$	标准膜厚片 $U=1.5 \mu\text{m}$ $K=2$	江西赛宝计量检测有限公司	2021.10.08	√
生产部	数显卡尺	K16L275639	(0-150) mm	$U=0.01\text{mm}$ $K=2$	量块 4 等 数显千分尺 $MPE: \pm 2 \mu\text{m}$	江西赛宝计量检测有限公司	2022.06.29	√
生产部	百格刀	JH-BG-01	1mm/6 齿	$U=3 \mu\text{m}$ $K=2$	二次元 $U=2 \mu\text{m} (K=2)$	江西赛宝计量检测有限公司	2021.10.09	√
生产部	拉力试验机	20189801	GM-L-500	$U_{rel}=0.4\%$	测力仪 $U=0.15\% (K=2)$	江西赛宝计量检测有限公司	2021.10.08	√
生产部	压力表	16100065532	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表 标准装置 $\pm 0.05\%$	樟树市市场监督管理局计量站	2022.08.02	√
生产部	漆膜冲击器	300200	QCJ	重锤质量 $U=0.2\text{g}$ 滑筒刻度 测量点 $U=0.2\text{mm}$ $K=2$	电子天平 $U=0.05\text{g}$ 钢直尺 $U=0.06\text{mm} (K=2)$	江西赛宝计量检测有限公司	2021.10.08	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托樟树市市场监督管理局计量站、苏州国方校准测试技术有限公司、江西赛宝计量检测有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 30 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。