



测量设备溯源抽查表

编号: 0125-2017-2022

企业名称	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
烯烃一分公司	定量包装秤	CS20056-WCL .EW	LCS-40-DL	Ⅱ	M ₁ 等级砝码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 8 月 23 日	√
烯烃一分公司	电子复检秤	CE10006-CFJ .AF-C	FCS-25	Ⅱ	M ₁ 等级砝码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 8 月 23 日	√
烯烃一分公司	质量流量计	F4001B18000	80F50-7DA 0/0	0.2 级	静态质量法 水流量标准 装置 Ur=0.5%, k=2	宁夏睿星力衡计 量检测中心	2022 年 6 月 25 日	√
煤制油分公司质检 计量中心	电子汽车衡	20160426	SCS-100	Ⅱ	M ₁ 等级砝码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 3 月 1 日	√
煤制油分公司公用 工程管理中心	电磁流量计	141341	MF/C12216 21204CR20 3	0.48%	标准表 Ur=0.5%, k=2	宁夏睿星力衡计 量检测中心	2022 年 7 月 29 日	√
甲醇分公司	定量包装秤	CE12015-WCL .BA-C	LCS-25-DL	Ⅱ	M ₁ 等级砝码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 8 月 23 日	√
甲醇分公司	电子复检秤	CE12015-CFJ .BD-C	FCS-25	Ⅱ	M ₁ 等级砝码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 8 月 23 日	√
煤制油化工质检计 量中心	熔融指数仪	727685 (ZJ-CJ-343)	BMF-001.0 2	lt=0.4℃ (k=2)	温湿度试验 设备自动检 定系统 MPE:±0.03%F S	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 7 月 6 日	√
煤制油化工质检计 量中心	电子天平	B444208245 (ZJ-CJ-317)	AR224CN	① 级天平	天平检定装 置 E ₂ 等级砝 码	宁夏计量质量检验检测研究院	2022 年 7 月 1 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司已建最高计量标准 19 项，测量设备由煤制油化工质检计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由使用单位保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 14 日~9 月 16 日

审核员签字:

柳青 李超 王浙

部门代表签字:



说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。