



编号: 0090-2018-2022

不符合项报告

企业名称:	湖北天霖新材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量检测室		陪同人员: 丁敏	
不符合事实描述: 检测室现场在用的 Elitech 版的 BT-3 型温湿度表, 未列入《测量设备台帐》统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 标准 6.3.1 条款。 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_; 审核员(签名) <u>崔秀峰</u> 陪同人员(签名) <u>丁敏</u> 企业部门代表(签名) <u>杨明</u> 日期: 2022.09.14			
纠正措施: 1. 立即将 BT-3 型温湿度表列入《测量设备台帐》统一管控。 2. 举一反三检查现场在用的测量设备有无类似情况一并采取纠正措施。 企业部门代表签名: <u>杨明</u> 审核员签名: <u>崔秀峰</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴惠平</u> 日期: 2022.09.14			

可另附页

