



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(1)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京杰诚康达科技有限公司	陪同人员	刘异杏
受审核部门	技术部	预计整改 完成日期	2022.10.15 日前

不符合事实描述:

未能提供本年度对“游标卡尺”、“电子秤”“钢直尺”进行校准或验证的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 陈芳 审核组长: 陈芳 受审核方代表: 刘异杏
 日期: 2022.9.8 日期: 2022.9.8 日期: 2022.9.8

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

针对不符合制定了纠正预防措施. 提供整改证据.
不符合项验证有效. 予以关闭.

审核员: 陈芳 日期: 2022.9.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

“游标卡尺”、“电子秤”“钢直尺”未送检

纠正情况:

安排人员对设备进行送检

原因分析:

校准报告已过期, 设备负责人因疫情原因为及时送检

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2022. 10. 15

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训记录

校准报告

纠正措施有效, 未发生类似不符合

验证人: 刘向东

日期: 2022. 9. 21



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10408

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202209160656

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

北京杰诚康达科技有限公司

委托方地址

Address

北京市西城区二七剧场路19号楼

仪器名称

Description

游标卡尺

型号规格

Model/Type

300mm

制造厂

Manufacturer

得力

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

/

样品接收日期

Date of Receipt

2022-09-16

校准日期

Date of Calibration

2022-09-16

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

巢弘

校准 :

Tested by

张兵

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10488

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202209160655

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

北京杰诚康达科技有限公司

委托方地址

Address

北京市西城区二七剧场路19号楼

仪器名称

Description

电子秤

型号规格

Model/Type

ACS-15kg

制造厂

Manufacturer

英衡

出厂编号

Serial No.

1705545

管理编号

Asset No.

/

样品接收日期

Date of Receipt

2022-09-16

校准日期

Date of Calibration

2022-09-16

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

巢弘

校准 :

Tested by

张兵

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107



深圳中电计量测试技术有限公司

Shenzhen Zhongdian Metrology and Testing Technology Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L10466

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号

Certificate No.

ZD202209160654

第 1 页, 共 3 页

Page of

委托方

Client

北京杰诚康达科技有限公司

委托方地址

Address

北京市西城区二七剧场路19号楼

仪器名称

Description

钢直尺

型号规格

Model/Type

50cm

制造厂

Manufacturer

得力

出厂编号

Serial No.

/

管理编号

Asset No.

/

样品接收日期

Date of Receipt

2022-09-16

校准日期

Date of Calibration

2022-09-16

批准人 :

Approved Signatory

王小云

审核 :

Inspected by

巢红

校准 :

Tested by

张兵

校准专用章
(stamp)



地址 : 广东省深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区新开发区4栋301

Add : Room 301, Building 4, New Development Area, East Zone, Baishixia Community, Fuyong Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

电话 (Tel) : 0755-29888158

邮政编码 (Post Code) : 518103

传真 (Fax) : 0755-29796107

培训记录

JL-1.1.2-03

时间：2022年9月9日	培训题目： 外审不符合关闭	培训教师：姚老师 培训方式：面授
地点：会议室		
参加培训人员： 部门负责人及相关人员		
培训内容： CB/T19001-2016 标准及运用 中华人民共和国计量法相关内容		
考核方式及成绩： 现场提问，能够流利的回答提出的问题。		
培训效果评价： 经培训评价，基本达到了培训效果和目的 评价人：冯春兰		