



## 测量设备溯源抽查表

编号：0582-2021-2022

|      |                  |                    |                |          |                                                        |                          |                  |               |
|------|------------------|--------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 企业名称 | 海湾环境科技（北京）股份有限公司 |                    |                |          |                                                        |                          |                  |               |
| 部门   | 测量设备名称           | 测量设备编号             | 型号规格           | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数                                          | 检定/校准机构                  | 检定/校准日期          | 符合打√<br>不符合打× |
| 生产车间 | 压力表              | 9150               | (0~0.6)<br>MPa | 1.6 级    | 压力模块：<br>0.05 级                                        | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 05 月 27 日 | √             |
| 生产车间 | 扭矩扳子             | 07714              | (20~110)<br>Nm | 2 级      | 标准扭矩仪：0.3<br>级                                         | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 05 月 13 日 | √             |
| 生产车间 | 测厚仪              | 0001               | TT180          | B 级      | 标准厚度片：<br>(50-2080) μm<br>$U=(0.3-6.8) \mu m$<br>$k=2$ | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 06 月 06 日 | √             |
| 生产车间 | 游标卡尺             | 86998              | (0~300)<br>mm  | ±0.04mm  | 量块，5 等                                                 | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 05 月 27 日 | √             |
| 生产车间 | 压力表              | 9695               | (0~1.6)<br>MPa | 1.6 级    | 压力模块：<br>0.05 级                                        | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 05 月 27 日 | √             |
| 生产车间 | 钢卷尺              | 20220511<br>242016 | 7.5m           | I 级      | 标准钢卷尺<br>$U=(0.03+0.03L)$<br>mm $k=2$                  | 河北省计量监督<br>检测研究院廊坊<br>分院 | 2022 年 05 月 27 日 | √             |

### 审核综合意见：

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托河北省计量监督检测研究院廊坊分院等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2022 年 08 月 28 日

审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。