



编号: 1019-2022

测量设备溯源抽查表

企业名称	无锡市新惠测绘有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
工程部	手持式激光测距仪	1274012066	D2	1 级	手持式激光测距仪检定装置: $U=4\mu\text{m}+3\times 10^{-6}L$ ($k=2$) 基线场: $U_D\leq 0.4\text{mm}+1\times 10^{-6}D$ ($k=2$)	南京市计量监督检测院	2022 年 02 月 03 日	√
工程部	GPS 接收机	ND10027426	UBase	测地型 GNSS 测量误差: 3.7mm RTK 测量精度误差: 5.8mm	全球卫星定位 (GPS) 接收机校准装置: 超短基线: $\leq 1\text{mm}$ 短基线: $\leq 1\text{mm}+1\times 10^{-6}D$ 中长基线: $\leq 3\text{mm}+0.5\times 10^{-6}D$	南京市计量监督检测院	2021 年 10 月 26 日	√
质检部	自动安平水准仪	ZF0069	B20	DSZ1 级	经纬仪、水准仪检定装置 平角 MPE: 0.3" 竖直角 MPE: 1.0"	南京市计量监督检测院	2021 年 10 月 26 日	√
工程部	全站仪	4K0805	GPT-3002LN	测距部分: 1.09mm 测角部分: 1.0"	全站仪检定装置 测距部分: $U=0.4\text{mm}+1\times 10^{-6}D(k=2)$ 测角部分: $\leq 0.3''$	南京市计量监督检测院	2021 年 10 月 11 日	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由工程部负责溯源。公司测量设备全部委托南京市计量监督检测院进行检定/校准，检定校准证书由工程部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 8 月 30 日下午~8 月 31 日下午

审核员签字:

部门代表签字: