



编号: 0604-2022

测量设备溯源抽查表

|      |                |             |                 |                                                                      |                                                                                                      |              |            |               |
|------|----------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 企业名称 | 江苏海威塑业科技有限公司   |             |                 |                                                                      |                                                                                                      |              |            |               |
| 部门   | 测量设备名称         | 测量设备编号      | 型号规格            | 测量设备计量特性                                                             | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                        | 检定/校准机构      | 检定/校准日期    | 符合打√<br>不符合打× |
| 检测中心 | 电子万能试验机        | HW-015      | UTM-1432        | $\pm 1\%$<br>$U_{rel}=0.39\%$<br>$k=2$                               | 标准测力仪<br>0.1 级                                                                                       | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021-11-25 | √             |
| 生产部  | 卡尺             | 180666      | ( 50 ~ 300 ) mm | $\pm 0.05\text{mm}$                                                  | 标准钢卷尺:<br>$\pm (0.03+0.03L) \text{ mm}$                                                              | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022-08-01 | √             |
| 检测中心 | 数显卡尺           | 20126152    | (0~200) mm      | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                    | 卡尺专用量块:<br>5 等                                                                                       | 江苏银河计量检测有限公司 | 2021-11-25 | √             |
| 生产部  | 内沟槽数显卡尺        | W2005110024 | (0~150) mm      | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.02\text{mm}$<br>$k=2$                    | 卡尺专用量块:<br>5 等<br>卡尺内量爪专用检具:<br>$U=0.002\text{mm } k=2$                                              | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022-03-26 | √             |
| 检测中心 | 热变形维卡、软化点温度测定仪 | 21096       | XRW-300E        | 低温:<br>$U=0.3^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$<br>长度:<br>$U=0.010\text{mm}$ | 多通道数据采集器<br>低温: $U=0.06^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$<br>高温: $U=0.3^{\circ}\text{C}$<br>$k=2$<br>量块: 5 等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022-08-01 | √             |
| 生产部  | 压力表            | 181210702   | (0~1.6) MPa     | 1.6 级                                                                | 压力表检定装置<br>0.2 级                                                                                     | 江阴计量测试检定所    | 2022-07-05 | √             |
| 生产部  | 气体减压阀          | 21041       | (0~25) MPa      | $U=0.2 \text{ MPa}$<br>$k=2$                                         | 数字压力表<br>0.2 级                                                                                       | 江阴计量测试检定所    | 2022-07-05 | √             |

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建立最高计量标准,测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备除自检外委托“江苏银河计量检测有限公司”、“江阴计量测试检定所”机构,检定/校准证书由检测中心保存。根据抽查情况,该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 9 月 1 日上午~9 月 2 日下午

审核员签字: 刘永胜

部门代表签字: 曹娟