



测量设备溯源抽查表

编号: 0138-2020-2022

企业名称	深圳市捷先数码科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	水表校验装置	451	LS-3B	0.2级	二等金属量器标准装置: 二等	深圳市计量质量检测研究院	2022-06-21~ 2023-6-20	✓
生产部	水表检定装置	452	LB-3B	0.2级	二等金属量器标准装置: 二等	深圳市计量质量检测研究院	2021-6-21~2 023-06-20	✓
生产部	三防炉(新)	GC-06-0056	KY-SFL71	输入电压: (0~90)mV; 输入电阻: (0~300)Ω	输入电压 MPE: ±(0.024%输入+0.006)mV; 输入电阻 MPE: ±(0.014%输入+0.020)Ω	深圳市计量质量检测研究院	2020-10-13 (建议两年复校)	✓
品质部	数显卡尺	702010559	(0~150)mm	±0.03mm	卡尺量具检定装置: 5等	深圳市计量质量检测研究院	2020-11-13 (建议两年复校)	✓
生产部	数字万用表	41830070	289C	直流电压: $U_{ref}=0.010\%, k=2$ 交流电压: $U_{ref}=0.02\%, k=2$ 直流电流: $U_{ref}=0.06\%, k=2$ 交流电流: $U_{ref}=0.17\%, k=2$ 电阻: $U_{ref}=0.010\%, k=2$	DCU: ±0.005%R ACU: ±0.05%R DCI: ±0.025%R ACI: ±0.07%R R: ±0.005%R	深圳市计量质量检测研究院	2020-11-10 (建议两年复校)	✓
审核综合意见: 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除全部委托深圳市计量质量检测研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2022年09月02日~09月02日								
审核员签字: 邱相臣 部门代表签字: 秦发云								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。