

高度控制测量过程监控记录（振动）

JL/SL-02-7-02-03

部门：质量控制中心

测量过程名称	振动测定	测量地点	水泵性能测试台
测量设备名称	VM-63A 测振仪	出厂编号	87037274
监控间隔	6 个月	监控方法	核查
测量过程 计量要求	$S_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10} (m_i - \bar{m}_i)^2}{(10-1)}}$		
检查记录			
日期	平均值	实测值%	测量不确定度
2022. 1. 18	1. 19	1. 2 1. 2 1. 2 1. 2 1. 2	2. 66%
		1. 2 1. 2 1. 2 1. 1 1. 2	
2022. 7. 18	1. 49	1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 4	2. 12%
		1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5	