





北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-08 计量要求导出和计量验证记录表 (07版)

受理编号: 1027-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	不锈钢碳含量测量	被测参数要求(含公差)	$r < 0.0009 + 0.09933m$ (测定重复性限)		
被测参数要求识别依据文件		GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法》			
计量要求导出方法(可另附) 见附件					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定 证书编号	校准/检定日期
	直读光谱仪/编号 1440	GS1000	(300-890) HLD, B 级	上海希贝 812168412	2022.1.13
计量验证记录 查看了不锈钢碳含量测量过程计量要求导出和测量设备配备计算。 测量要求: 0.01%-0.30%, $r < 0.0009 + 0.09933m$ 计量要求: 0.01%-0.30%, $r < 0.021\%$ $0.021\% < 0.09933m$ 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 范春荣 验证日期: 2022年1月17日 审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 符合要求 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 已校准 5. 测量设备验证是否正确? 验证可接受 审核员签名:  企业代表签字:  审核日期: 2022年9月3日					