

江苏省计量科学研究院

JIANGSU INSTITUTE OF METROLOGY

检测报告

Test Report

报告编号: F2021-31234

Report No.

委托单位

Customer

江苏德高物联技术有限公司

委托单位地址

Customer Add.

南通市崇川区新胜路 158 号迈普科技园三号楼北一楼

样品名称

Name of Instrument

电度表

制造单位

Manufacturer

江苏德高物联技术有限公司

地址: 南京市栖霞区文澜路 95 号 (总部)

Add: No.95, WenLan Road, XianLin University City, Nanjing (Headquarter)

业务电话: (025) 84636996

Vocational Tel

监督电话: (025)86435803

Supervising Tel

电子信箱: jsimguest@jsim.com.cn

E-mail

传真: (025)86435543

Fax

网址: www.jsim.com.

Website

邮编: 210023

Post Code

样品信息

Description of samples

名称 电度表
Name

型号/规格 /
Type/specification

编号 200811460
Serial No.

测量范围 /
Measuring Range

委托日期 2021-04-21
Accepting date

准确度等级/最大允许误差 /
Class of Accuracy/Maximum Permissible Errors

到样日期 2021-04-21
Date of samples received

受样方式 来样
Accepting way of samples

备注

Remarks
无

本次检测的依据:

Reference documents for the test

序号	文件代号及名称
1	JJG 307-88
2	

检测结论:

Results of test

经检测, 样品所检项目符合客户检验委托书中的相关技术要求。

注: 本报告提供的结果仅对本次被测样品有效。

The results in the report are only valid for the tested sample(s).

批准人

Approved by

赵伟 赵伟

审核人

Checked by

王宜家 王宜家

检测人

Tested by

程海锋 程海锋

签发日期

Date of Issue

2021 年

Year

04 月

Month

25 日

Day



检测用主要仪器设备一览表:

Main instruments used in this test:

仪器设备名称 Name	型号/规格 Type/specification	编号 Number	证书编号/有效期至 Certificate No./ Valid to
标准电度表	MTB303-A	FF-2020-5	2020061422

检测日期、检测地点、环境条件:

Location and environmental conditions for the test:

检测时间: 从 2021 年 04 月 25 日到 2021 年 04 月 25 日

Date of testing

地点: 文澜路95号, 江苏省计量科学研究院总部实验室

Location:

温度: (23.5~30)℃

Temperature:

相对湿度: (65~66)%

R. Humidity:

其他: /

Others:

检测结果一览表

List of test items

[illegible]

“结果”一栏中， P——合格、 F——不合格、 N/A——不适用。

In "Results" column , P- pass; F- fail; N/A- not applicable.

检测结果/说明

Results of test and additional explanation (continued page)

一、 外观:

外观完好, 显示清晰。

二、 误差结果:

合格, 结果如下:

平衡负载电压 3X220/380V 电流 3X1.5(6)A					
基本误差(%)					
负载电流		功率因数			
		1.0	0.5(L)	0.8(Q)	0.5(C)
平衡负载	I _{max}	+			
	(I _{max} -I _b)/2				
	3I _b				
	2I _b				
	I _b		+		
		+			
			+		
不平衡负载电压 3X220/380V 电流 3X1.5(6)A					
负载电流		功率因数			
		1.0	0.5(L)	0.8(Q)	0.5(C)
A 组	I _{max}	+			
	I _b	+	+		
		+			
B 组	I _{max}	+			
	I _b		+		
C 组	I _{max}	+			
	I _b	+	+		
		+			

以下空白

End of Report