

表格编号: KSL/CMSP-07-04

高度控制测量过程监控记录

编号:

单位/部门: 质量部

测量过程名称	声级计指示声级调整	测量地点	KSL 组装车间, 终检岗位				
测量设备名称	声校准器 CEL-120/1	出厂编号	5007776				
监控间隔	6 个月	监控方法	核查				
测量过程的计量要求	1kHz, 114dB $\pm$ 0.3dB						
检查记录							
日期	标准值	实测值				均值	记录人
2022-7-15	1kHz, 114dB	114.00	114.01	114.00	114.00	114.00	曾美霞
趋势图							
							