

表格编号: KSL/CMSP-07-03

高度控制测量过程有效性确认报告

部门:

测量过程名称		声级计指示声级调整	测量参数	声压级 dB
测量过程计量要求		1kHz, 114dB±0.3dB	过程测量要求/依据	出厂检验规范
测量过程规范要求	控制要素	确认摘要		是否满足规定的要求
	配备的测量设备及编号	声校准器 CEL-120/1, 5007776		满足
	测量程序、方法	出厂检验规范		满足
	环境条件	符合检定规范上对环境条件: 温湿度和大气压的要求		满足
	测量软件	无		/
	操作者能力	培训持证		满足
	其他影响量	可控, 不计		满足
测量不确定度		0.09dB (k=2)		
有效性确认结果		过程的测量不确定度满足过程的计量要求, 故合格		
确认结论 查看了声校准器的检定证书, 出厂检验规范, 测量环境监控, 持证者技能证书和测量不确定评定报告, 均符合该过程有效性确认的要求, 所以确认合格。				

确认人/日期: 曾美霞/2022-7-15